

Дәнекерлеу станциясының техникалық сипаттамалары (Лот 8)

Орындалуы және корғанысы	Біртұтас негізгі блок; микропроцессорлық цифрлық басқару; ESD Safe антистатикалық орындалуы.
Қоректендіру	220 В, 50 Гц.
Индикация және сервистік функциялар	Дәнекерлегіштің, термофеннің және демонтаждау пистолетінің берілген және нақты температурасын, сондай-ақ ауа ағынының деңгейін цифрлық көрсету; дәнекерлегішті кемінде $\pm 70^{\circ}\text{C}$ ауқымында калибрлеу; ұйқы режимі 1–30 мин; термофен таймері 20–9999 с.
Контактілі дәнекерлегіш	Қуаты кемінде 70 Вт; диапазоны 200–480 $^{\circ}\text{C}$ немесе кеңірек; қоректендіру кернеуі 24 В-тан аспайды; керамикалық қыздырғыш.
Түтінді сору	Кіріктірілген, түтінді жұмыс аймағынан контактілі дәнекерлегіш арқылы тікелей әкетеді.
Термоауа арнасы	Қуаты кемінде 500 Вт; диапазоны 100–480 $^{\circ}\text{C}$ немесе кеңірек; ауа ағыны кемінде 23 л/мин; диафрагмалық сорғы; металл қыздырғыш; ағынды цифрлық реттеу және автоматты салкындату.
Демонтаждау пистолеті	Қуаты кемінде 80 Вт; диапазоны 180–480 $^{\circ}\text{C}$ немесе кеңірек; қоректендіру кернеуі 24 В-тан аспайды; керамикалық қыздырғыш.
Вакуумдық манипулятор	Қыздырылған электрондық компоненттерді ұстауға және алуға арналған жеке вакуумдық қалам.
Аспапты жерге ғұйықтау	Ұштық пен саптама үшін: жерге қатысты кедергі 2 Ом-нан аз; жерге қатысты потенциал 2 мВ-тан аз.
Кепілдік және құжаттар	Кепілдік кемінде 12 ай
Міндетті жинақтама	Термофені бар негізгі блок; түтін сору жүйесі және тұғыры бар контактілі дәнекерлегіш; кемінде 1 ұштық; тұғыры және әртүрлі диаметрдегі кемінде 3 саптамасы бар демонтаждау пистолеті; термофеннің кемінде 4 саптамасы; термофен ұстағышы; вакуумдық қалам және микросхемаларды алуға арналған құрал; ыстыққа төзімді төсем; кемінде 6 ауыстырмалы сүзгі; серіппелі сүзгі; тазалауға арналған кемінде 2 құрал; желілік кабель; нұсқаулық.
Саны	1 дана

Жоба жетекшесі



Б. Машрапов

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Шығын DDP шарттары бойынша Павлодар қаласына ҚҚС қосылғанда көрсетілген.

Төлем мерзімі: жеткізілгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: келесімшартқа қол қойылған күнінен бастап 60 күнінен аспайды.

Техническая характеристика Паяльной станции (Лот 8)

Исполнение и защита	Единый основной блок; микропроцессорное цифровое управление; антистатическое исполнение ESD Safe.
Питание	220 В, 50 Гц.
Индикация и сервисные функции	Цифровое отображение заданной и фактической температуры паяльника, термофена и монтажного пистолета, а также уровня воздушного потока; калибровка паяльника не менее ± 70 °С; спящий режим 1–30 мин; таймер термофена 20–9999 с.
Контактный паяльник	Мощность не менее 70 Вт; диапазон 200–480 °С или шире; питание не более 24 В; керамический нагреватель.
Дымоудаление	Встроенное, с отводом дыма непосредственно от рабочей зоны через контактный паяльник.
Термовоздушный канал	Мощность не менее 500 Вт; диапазон 100–480 °С или шире; поток не менее 23 л/мин; диафрагменный насос; металлический нагреватель; цифровая регулировка потока и автоматическое охлаждение.
Демонтажный пистолет	Мощность не менее 80 Вт; диапазон 180–480 °С или шире; питание не более 24 В; керамический нагреватель.
Вакуумный манипулятор	Отдельная вакуумная ручка для захвата и снятия нагретых электронных компонентов.
Заземление инструмента	Для жала и наконечника: сопротивление относительно земли менее 2 Ом; потенциал относительно земли менее 2 мВ.
Гарантия и документы	Гарантия не менее 12 месяцев
Обязательная комплектация	Основной блок с термофеном; контактный паяльник с дымоудалением и подставкой; не менее 1 жала; демонтажный пистолет с подставкой и не менее 3 наконечниками разных диаметров; не менее 4 насадок термофена; держатель термофена; вакуумная ручка и приспособление для снятия микросхем; термостойкая подкладка; не менее 6 сменных фильтров; пружинный фильтр; не менее 2 приспособлений для очистки; сетевой кабель; руководство.
Количество	1 шт

Руководитель проекта



Б. Машрапов

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с учетом НДС по условиям поставки DDP до города Павлодар.

Условия оплаты: после поставки.

Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.